

# LIC DO控制器

## 特點：

- 自動校正(單 / 兩點校正)。
- 數位式電極，訊號不易受到干擾。
- RS-485 ModBus-RTU輸出，可與電腦連線。
- 大型顯示幕，自動背光功能，全天候清楚易讀。
- 光學式溶氧電極，不需添加電解液且無需極化。
- 控制接點可隨意設定Hi/Lo與遲滯寬度之功能。
- 溶氧數值與溫度同時顯示，兩組4-20mA隔離輸出。
- 控制器具一組自動清洗接點輸出可設定時間，提供控制。



主機型號	DO750	電極型號	VisiWater DO P Arc 120 FC10
測量範圍	0.00 ~ 20.00 ppm ; 0.0 ~ 200.0%	測量範圍	4 ppb to 40ppm
精確度	± 0.1 ppm ; ± 1%	溫度範圍	0 - 60 °C
溫度測量	-10.0 ~ 120.0 °C	壓力範圍	-1~12 bar
溫度補償	22 kΩ自動/手動溫度補償(可修正)	溫度補償	22 kΩ自動補償
解析度	0.01 ppm ; 0.1% ; 0.1°C	通訊介面	RS-485 Modbus-RTU
通訊介面	RS-485 Mod Bus-RTU	保護等級	IP68
繼電器	240 VAC 0.5A	電極長度	150 mm
遲滯寬度	Hi/Lo警報可設定遲滯帶	線長	10 m
清洗週期	1 ~ 1000 小時		
清洗時間	1 ~ 1000 秒		
設定點	兩組Relay接點， 一組自動清洗Relay接點		
信號輸出	兩組4~20 mA 隔離電流輸出 (可設定對應值)，負載500Ω		
液晶顯示	大螢幕液晶顯示，自動背光		
儀器尺寸	144*144*115(H*W*D)mm		
開孔尺寸	138*138(H*W)mm		
電源	110 ~ 220 VAC ; 50 / 60 Hz		
防護等級	IP65/NEMA4X		



路斯科技股份有限公司  
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

- ★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓  
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
- ★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號  
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
- ★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一  
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575